



ФБУ «ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ»

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области»



ОСНОВАН В 1900 г.



РА. RU. 311483

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ 0175892 Действительно до 01 октября 2021

Средство измерений Весы автомобильные электронные Рубеж, №62569-15
наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер

в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений,

присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 42434

в составе ---

номер знака предыдущей поверки ---

поверено в полном объеме

наименование единиц измерения, диктантом измерений, от которых поверено

средство измерений

в соответствии с МП 2301-280-2015 «Весы автомобильные электронные «Рубеж». Методика поверки,
наименование или обозначение документа, на основании которого

утвержденному ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 20.10.2015 г.

целостности поверки

с применением эталонов: гири 500кг 4 разряд рег. №3.1.ЗСП.1181.2015; гири

20кг 4разряд рег. №3.1.ЗСП.1173.2015.

разряд, класс или погрешность эталонов,

применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающего

перечень влияющих факторов,

воздуха + 14°C относительная влажность 55%

нормированных в документе на методику поверки,

с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к применению.

Знак поверки:



Начальник отдела
должность руководителя подразделения или другого уполномоченного лица

Поверитель

№ 621979



ГМЦ

20014367984

Тихонов Сергей Анатольевич
фамилия, имя и отчество (при наличии)

Кирсанов Павел Игоревич
фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки 03 октября 2020 г.



ФБУ «ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ»

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области»



RA.RU.311483



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ 0175895 Действительно до 01 октября 2021

Средство измерений Весы автомобильные электронные Рубеж, №62569-15
наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер

в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений,

присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 42433

в составе ---

номер знака предыдущей поверки ---

поверено в полном объеме

наименование единиц измерения, диапазон измерений, от которых поверено

средство измерений

в соответствии с МП 2301-280-2015 «Весы автомобильные электронные «Рубеж». Методика поверки»,
наименование или обозначение документа, на основании которого

утвержденному ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 20.10.2015 г.

выполнена поверка

с применением эталонов гири 500кг 4 разряд рег.№3.1.ZСП.1181.2015;гири

20кг 4разряд рег.№3.1.ZСП.1173.2015.

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер
разряд, класс или погрешность эталонов,

применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающего

перечень влияющих факторов,

воздуха + 14°C относительная влажность 55%

нормированных в документе на методику поверки,

с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано
пригодным к применению.

Знак поверки:

Начальник отдела
связанность рукоподписей и печать с данными
или другого уполномоченного лица

Поверитель

№ 621980



Тихонов Сергей Анатольевич
фамилия, имя и отчество (при наличии)

Кирсанов Павел Игоревич
фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки 02 октября 2020 г.



ФБУ «ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ»

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области»



ОСНОВАН В 1900 г.



РА.РУ.311483



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ 0175889 Действительно до 01 октября 2021

Средство измерений весы автомобильные ВЭС, мод.ВЭС-100А3, №54610-13
наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер

в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений,

присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 01164

в составе ---

номер знака предыдущей поверки ---

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, димензий измерений, на которых поверено

средство измерений

в соответствии с ГОСТ OIML R 76-1-2011 «Весы неавтоматического действия»
наименование или обозначение документа, на основании которого

Часть 1.

выполнена поверка

с применением эталонов гири 500кг 4 разряд рег.№3.1.ЗСП.1181.2015; гири
регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер
20кг 4разряд рег.№3.1.ЗСП.1173.2015.
разряд, класс или погрешность эталона.

применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов температура окружающего
перечень влияющих факторов.

воздуха +14°C относительная влажность 57%

нормированных в документе на методику поверки.

с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к применению.

Знак поверки



Начальник отдела
должность руководителя или другого уполномоченного лица

Поверитель

№ 621978



GMS



20014367983

Тихонов Сергей Анатольевич
фамилия, имя и отчество (при наличии)

Кирсанов Павел Игоревич
фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки 02 октября 2020 г.